







CONSEILS DE LAVAGE

-  Pour nettoyer la surface inférieure latérale de la semelle, utiliser de l'eau tiède à 40°C maximum et du savon neutre.
Ne pas nettoyer par immersion ou sous un jet d'eau. Ne pas utiliser de produits agressifs, dégraissants ou abrasifs.
-  Ne pas laver ni sécher en machine.
-  Ne pas faire sécher le produit humide ou mouillé devant une source de chaleur.
-  Ne pas repasser
-  Conforme aux exigences de l'Union Européenne
-  Fabricant.

CONTRE-INDICATIONS

Pas de contre-indication spécifique connue, excepté en cas de sensibilité avérée aux matériaux de fabrication.
Vérifier régulièrement l'état d'usure de la semelle extérieure. Pour son bon fonctionnement, ne pas modifier la structure du produit. Ne pas utiliser en cas de détérioration.

Composition : Polyester, Polyamide, Elasthan, Cuir thermoformable, Polyuréthane, Polyéther



Les chaussures
à décharge de l'avant-pied



DESRIPTIF

GEMINI® est une chaussure thérapeutique à décharge de l'avant-pied. Elle permet de réduire la pression sur l'avant-pied lors de la reprise de la marche.

- Le contrefort talonnier et la voûte plantaire offrent un bon maintien du pied.
- C'est l'une des plus légères du marché (360 g en taille 38 avec semelle de confort).
- Les finitions sont soignées pour réduire les différents points de pression.

GEMINI® est esthétique, facile et rapide à chausser

- Son style est élégant et intemporel
- Son chaussant a été élargi pour s'adapter au pansement **(A)**.
- Sa large ouverture permet de poser le pied à plat sans comprimer la zone opérée **(B)**.

GEMINI® est adaptée à la traumatologie et à la chirurgie de l'avant-pied (Hallux Valgus, Hallux Rigidus, ...).

DEUX OUVERTURES DISSOCIÉES

Le principe de la chaussure GEMINI® consiste à associer deux systèmes d'ouverture de la chaussure :

- une ouverture totale grâce aux deux fermetures à glissière **(B)**
- et un réglage de la largeur de la chaussure grâce aux lacets **(C)**.

C'est un réel avantage pendant la première phase post-opératoire.

DEUX ÉPAISSEURS DE SEMELLES INTÉRIEURES

Deux paires de semelles, d'épaisseurs différentes, compensent la différence de volume entre le pied pansé et le pied non opéré.

COMPOSITION DE LA BOÎTE :

Dispositif à usage individuel



Paire de chaussures à décharge de l'avant-pied



2 paires de semelles (3 mm et 9 mm)



CONFORTABLE

Une semelle élargie pour plus de stabilité ; sa légèreté et son ergonomie pour plus de confort



OUVERTURE MAXIMALE

Se chausser facilement, en posant le pied à plat, grâce aux deux fermetures à glissière qui ouvrent entièrement la chaussure.

AJUSTABLE

Réglage de la chaussure, selon l'évolution du pansement, grâce aux lacets



THÉRAPEUTIQUE

La courbure de la semelle antidérapante facilite le déroulement du pas et participe à la décharge de l'avant-pied.



PREMIÈRE MISE EN PLACE

Le port de chaussettes est fortement recommandé.

1. Placer la semelle fine dans la chaussure correspondant au pied pansé et la semelle épaisse dans l'autre chaussure.
2. Laisser les lacets dans la boîte, et ouvrir entièrement la chaussure **(A)**.
3. Poser le pied pansé bien à plat à l'intérieur de la chaussure **(B)**.
4. Rabattre la languette.
5. Fermer les fermetures à glissière.
6. Insérer les lacets dans les œillets de la chaussure et nouer délicatement.

Par la suite, utiliser les fermetures à glissière pour retirer les chaussures.